

Łosice, 11.10.2021 r.

Pytania i odpowiedzi 2

Ogłoszenie jest prowadzone na podstawie art. 6a ust 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Dostawa i montaż fabrycznie nowego aparatu RTG stacjonarnego wraz z adaptacją pomieszczenia SPZOZ.ZP.080.09.2021

Województwo Mazowieckie, na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1465/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.09.2021 r. ze zmianami reprezentowane przez Grażynę Podlipniak-Sobczyńską – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach udziela odpowiedzi za zadane pytanie:

Pytanie nr 1 – dotyczy wzoru umowy - §6 Kary umowne

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem, serwis itd.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odpowiedź

Kupujący pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 2 – dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia – Pkt V ogłoszenia oraz §2 ust.1 wzoru umowy.

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odpowiedź

Kupujący pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy.

Odpowiedź

Kupujący pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 4 – dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź

Kupujący pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 5 - dotyczy wzoru umowy.

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy poniższego katalogu zmian istotnych postanowień umowy, który w wyjątkowych sytuacjach pozwoli stronom na jej aneksowanie:

„Zamawiający działając w oparciu o art. 455 u st 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, w zakresie:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
 - a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia (o wystąpieniu siły wyższej Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego niezwłocznie),
 - b) sytuacji o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 - c) okoliczności na które strony nie mają wpływu i nie mogły ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy przy zachowaniu należytej staranności;
2. Zmiany przedmiotu zamówienia na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowano.”

Odpowiedź

Kupujący pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 6 - dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia – Pkt V ogłoszenia.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Zamawiający wyznaczył termin realizacji zadania do 14.12.2021.

Biorąc pod uwagę fakt, iż pracownia RTG wymaga adaptacji budowlanej, wyznaczony czas na realizację zadania jest niezwykle krótki.

Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych opóźnień zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie szkoleń aplikacyjnych z wyznaczonego terminu realizacji zadania. Oferent zapewni w ww. terminie szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania aparatu a szkolenia aplikacyjne będą mogły się odbyć w czasie dogodnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Kupujący nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Zwracamy się prośbą o potwierdzenie, iż uzyskanie pozwolenia w Sanepidzie na użytkowanie pracowni po zakończeniu instalacji nowego aparatu RTG leży w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 8.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał wykonania prac adaptacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 tylko w zakresie pomieszczenia badań oraz pomieszczenia sterowni RTG.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 9.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający może zapewnić niezbędną moc elektryczną do zasilenia nowego aparatu RTG na poziomie 80kW.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 10.

Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni (od skrzynki elektrycznej istniejącego aparatu Cosmos

BS) znajduje się rozdzielnia elektryczna z której będzie zasilany nowy aparat RTG.

Odpowiedź

Odległość to około 60 m

Pytanie nr 11.

Prosimy o podanie przekroju kabli istniejącej głównej linii zasilającej dla istniejącego aparatu RTG Cosmos BS

Odpowiedź

50 kW – przekrój kabla 25 mm²

Pytanie nr 12.

Prosimy o informację, czy w sterowni obecnie zainstalowanego aparatu Cosmos BS znajdują się gniazda IT, ich ilość oraz czy są aktywne.

Odpowiedź

Brak aktywnych gniazd IT.

Pytanie nr 13.

Jeśli w pomieszczeniu sterowni obecnie zainstalowanego aparatu Cosmos BS nie ma gniazd IT, prosimy o informację w jakiej odległości od pomieszczenia sterowni znajdują się elementy aktywne (tzw. switch'e) do których będzie możliwe wpięcie dodatkowej linii IT.

Odpowiedź

Odległość około 40 m.

Pytanie nr 14.

Prosimy o informację jaka jest obowiązująca w placówce Zamawiającego standaryzacja sieci IT.

Odpowiedź

Standaryzacja sieci IT: Fast Ethernet/ Ethernet

Pytanie nr 15.

Prosimy o potwierdzenie, iż Oferent będzie mógł przystąpić do realizacji zadania od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź

Kupujący potwierdza, iż Oferent będzie mógł przystąpić do realizacji zadania od dnia podpisania umowy.

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Ogłoszenia i należy je uwzględnić składając ofertę.