

Łosice, 11.10.2021 r.

Pytania i odpowiedzi 1

Ogłoszenie jest prowadzone na podstawie art. 6a ust 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Dostawa i montaż fabrycznie nowego aparatu RTG stacjonarnego wraz z adaptacją pomieszczenia SPZOZ.ZP.080.09.2021

Województwo Mazowieckie, na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1465/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.09.2021 r. ze zmianami reprezentowane przez Grażynę Podlipniak-Sobczyńską – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach udziela odpowiedzi za zadane pytanie:

Pytanie nr 1 – Dotyczy Punktu VI. „Stół pacjenta”, ppkt 3 oraz pppkt 16.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania ze zmotoryzowanym ruchem detektora w poziomie +/- 22,7 cm.

Aktualny zapis w punkcie VI.3 pozwala nam na złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź

Kupujący dopuszcza takie rozwiązanie.

Alternatywnie prosimy o usunięcie punktu **VI.3**, ponieważ odnosi się on do tej samej funkcjonalności co w punkcie **VI.16**.

Kupujący udzielił odpowiedzi wyżej na zdane pytanie.

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Ogłoszenia i należy je uwzględnić składając ofertę.