

Łosice, 14.10.2021 r.

Pytania i odpowiedzi 1

Ogłoszenie jest prowadzone na podstawie art. 6a ust 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Województwo Mazowieckie, na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1465/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.09.2021 r. ze zmianami reprezentowane przez Grażynę Podlipniak-Sobczyńską – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach udziela odpowiedzi za zadane pytanie:

Pytanie, Dotyczy punktu 5 parametry techniczne.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z monitorem LCD Full HD o wielkości 21.5 cala.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie, Dotyczy punktu 11 parametry techniczne.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o dynamice 329 dB.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie, Dotyczy punktu 48 parametry techniczne.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą sektorową o kącie skanowania 90° spełniającej resztę parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie, Dotyczy punktu 51 parametry techniczne.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o zakresie częstotliwości pracy 2.2 – 7.0 MHz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Ogłoszenia i należy je uwzględnić składając ofertę.